

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหาที่นำไปสู่งานวิจัย

ในการศึกษาอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ จากสถิติโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมหาสารนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550^(1,2,3,4) พบว่ามีอุบัติการณ์สูงเป็นอันดับ 8 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษา โดยชนิดของมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่พบร้อยละ 80 เป็นชนิด well differentiated cell ได้แก่ papillary cell และ follicular cell ซึ่งเป็นเซลล์ชนิดที่มีการสร้างคอลลอยด์ (colloid) ได้ดี⁽⁵⁾ สามารถดักจับสารไอโอดีนในกระแสเลือดไปใช้เป็นส่วนประกอบในการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมน จากการทำงานของเซลล์ดังกล่าวแพทย์จึงนำเอาสารรังสีไอโอดีน-131 มาประยุกต์ในการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์โดยใช้พลังงานรังสีบีตาของสารรังสีไอโอดีน-131 ทำลายภายในเซลล์โดยตรง (within cell therapy) ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน-131 นี้ เริ่มในปีค.ศ. 1948 โดย Seidlin และคณะ⁽⁶⁾ และต่อมามีการศึกษากันอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่แน่ชัดว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดเซลล์มะเร็งเต็มขั้นได้ผลดี ทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตสูงและมีคุณภาพชีวิตในขณะที่รับการรักษาที่ดี

แต่อย่างไรก็ตามการใช้สารรังสีไอโอดีน-131 ยังมีข้อควรระวังในการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปอวัยวะสำคัญ เช่น สมอง ไขสันหลัง ปอด ตับ ฯลฯ เพราะพลังงานรังสีบีตาที่สะสมอยู่ในเซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ที่แพร่กระจายไปจะแผ่รังสีให้เนื้อเยื่อปกติของอวัยวะนั้น ๆ ด้วย อาจมีผลทางรังสีทำให้อวัยวะสำคัญเหล่านั้นทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงานชั่วคราว หรือเนื้อเยื่อปกติถูกทำลายอย่างถาวรได้ แพทย์ผู้รักษาต้องควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดโดยกำหนดให้ปริมาณรังสีที่เนื้อเยื่อปกติดูดกลืนไว้มีปริมาณน้อยที่สุด แต่ต้องได้รับผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมาย คือ รักษาโรคหาย หรือ ควบคุมความรุนแรงของโรคมะเร็งไว้ได้ โดยที่เนื้อเยื่อปกติของอวัยวะที่มะเร็งแพร่กระจายไป และอวัยวะไวรังสีภายในร่างกาย เช่น ไขกระดูก รังไข่ อัณฑะ มีความเสี่ยงต่อผลของรังสีน้อยที่สุด

ความรุนแรงของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่พบได้บ่อย คือ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ปอด ทำให้การใช้สารรังสีไอโอดีน-131 เพื่อการรักษา ต้องการการวางแผนปริมาณรังสีที่ปอดควรได้รับอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อปกติของปอดรับรังสีมากเกินไปจนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของปอด เช่น อาการปอดอักเสบ เกิดแผลเป็นในปอด ปอดทำงานลดลง

๑๗๑ ปริมาณรังสีที่ปอดควรได้รับสามารถคำนวณได้จากวิธีการคำนวณปริมาณรังสีแบบภายใน (internal radiation dosimetry) ที่มีขั้นตอนและขบวนการเก็บข้อมูลสำคัญทางฟิสิกส์รังสี สรีรวิทยา ชีววิทยา ก่อนข้างซับซ้อนต้องใช้หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์เป็นอุปกรณ์ทดลองให้ได้ ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับการคำนวณปริมาณรังสี ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้เป็น ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทดลองในประชากรของประเทศตะวันตก เมื่อนำมาประยุกต์ในการ คำนวณปริมาณรังสีภายในสำหรับผู้ป่วยชาวไทยอาจทำให้ผลการคำนวณไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ ในการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีการแพร่กระจายไปปอด

ดังนั้นเพื่อพัฒนาการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ เหมาะสมกับผู้ป่วยชาวไทย จึงควรมีการศึกษาหาข้อมูลสำคัญ กระบวนการและขั้นตอนการ คำนวณปริมาณรังสีดูดกลืนในก้อนมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่แพร่กระจายในปอด เพื่อนำไปใช้กำหนด ปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่จะให้แก่ผู้ป่วยต่อไป โดยในงานวิจัยนี้จะศึกษาหาค่า S-value ของสาร รังสีไอโอดีน - 131 ที่เหมาะสมกับคนไทยและศึกษาข้อมูลทางฟิสิกส์ของเครื่องมือ ขั้นตอนการ คำนวณต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อคำนวณปริมาณรังสีที่ปอดได้รับจากสารรังสีไอโอดีน-131 โดย เปรียบเทียบกับผลการคำนวณที่ได้จากโปรแกรมรังสีคณิต OLINDA ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา

1.2 สรุปสาระสำคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานศึกษาวิจัยทางการแพทย์จำนวนมาก ได้นำเสนอเทคนิคการคำนวณปริมาณรังสี ดูดกลืนของอวัยวะภายในร่างกาย และการหาปริมาณสารรังสีไอโอดีน-131 ที่เหมาะสมในการ รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ปอด ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

Rall JE. และคณะ (1957)⁽⁷⁾ ได้ศึกษาการเกิดเนื้อเยื่อปอดอักเสบ (pneumonitis) และแผลเป็นที่ปอด (pulmonary fibrosis) ที่เป็นผลแทรกซ้อนเนื่องจากการได้รับการรักษาด้วย สารรังสี ไอโอดีน- 131 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ ปอด โดยการนับวัดปริมาณรังสีไอโอดีน ที่ขับออกทางปัสสาวะและจากการอัทเพค (uptake) ที่ 24 ชั่วโมงในต่อมไทรอยด์แล้วคำนวณหาค่า cumulated activity ในปอด โดยพบว่าปริมาณ cumulated activity ในปอดที่ 24 ชั่วโมงน้อยกว่า 100 มิลลิลูรี จะไม่ทำให้เกิดอันตรายจากรังสี ต่อเนื้อเยื่อปอด

Benua RS. และคณะ (1962)⁽⁸⁾ ได้ศึกษาผลการรักษาและผลแทรกซ้อนของรังสีจาก การได้รับสารรังสีไอโอดีน - 131 โดยพิจารณาจากการกวดการทำงานของไขกระดูกและการเกิด เนื้อเยื่อปอดอักเสบ ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

ไปยังส่วน อื่น ๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยที่ใช้ในการศึกษานี้มีจำนวน 122 คน เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาระหว่างปีค.ศ. 1940 – 1960 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณรังสีไอโอดีน-131 ที่ให้เพียงครั้งเดียวในช่วง 100-200 มิลลิวูรี่ ให้ผลการรักษาดีและปริมาณรังสีที่ให้มากกว่า 200 มิลลิวูรี่ จะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของรังสีต่อไขกระดูกและปอดสูง และเมื่อพิจารณาจากปริมาณรังสีดูดกลืนในเลือดพบว่า ปริมาณรังสีดูดกลืนช่วง 100-200 เซนติเกรย์ ให้ผลการรักษาดีแต่ปริมาณรังสีดูดกลืนในเลือดที่มากกว่า 200 เซนติเกรย์ จะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของรังสีต่อไขกระดูกสูง รวมถึงการมีปริมาณรังสีค้างในร่างกายที่ 48 ชั่วโมงในช่วง 50-99 มิลลิวูรี่ ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของรังสีต่อปอดร้อยละ 13 และสูงถึงร้อยละ 50 เมื่อปริมาณรังสีมากกว่า 150 มิลลิวูรี่

Maxon HR. และคณะ (1983)⁽⁹⁾ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีที่ก้อนมะเร็งได้รับต่อผลการรักษา และได้แสดงให้เห็นว่าการรักษาที่ได้ผลนั้นต้องให้ปริมาณรังสีครั้งเดียวสูงกว่า 300 เกรย์ เพื่อกำจัดเนื้อไทรอยด์ที่เหลือจากการผ่าตัด และมากกว่า 80 เกรย์ เพื่อกำจัดมะเร็งที่แพร่กระจาย ต่อมา Maxon HR. และคณะ (1992)⁽¹⁰⁾ ได้รายงานผลการรักษาผู้ป่วยจำนวน 70 ราย ที่ได้รับการรักษาด้วยสารรังสี ไอโอดีน-131 ด้วยวิธีการคำนวณปริมาณรังสีที่จะให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อกำจัดต่อมไทรอยด์ที่เหลือ โดยกำหนดให้ต่อมไทรอยด์ที่เหลือได้รับปริมาณรังสีอย่างน้อย 300 เกรย์ พบว่าสามารถกำจัดต่อมไทรอยด์ที่เหลือได้สำเร็จถึงร้อยละ 81 ของจำนวนผู้ป่วยจากการได้รับสารรังสีไอโอดีน -131 เพียงครั้งเดียว และการให้ปริมาณรังสีจำนวน 300 เกรย์ สามารถกำจัดต่อมไทรอยด์ได้มากถึงร้อยละ 94 ในผู้ป่วยที่มีต่อมไทรอยด์เหลือน้อยกว่า 2 กรัม แต่ถ้ามากกว่า 2 กรัมจะได้ผลร้อยละ 68 เท่านั้น

Samuel AM. และคณะ (1998)⁽¹¹⁾ ได้รายงานผลการตอบสนองต่อสารรังสีไอโอดีน - 131 ในผู้ป่วยเด็กจำนวน 26 คน ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ปอด ในช่วงปี ค.ศ. 1963 - 1996 โดยการประเมินจากภาพสแกนปอด ภาพเอกซเรย์ปอด และระดับไทโรโกลบูลิน (Tg) พบว่าผู้ป่วยจำนวน 8 รายหรือร้อยละ 30.8 มีการตอบสนองต่อการรักษาแบบสมบูรณ 17 รายหรือร้อยละ 65.4 มีการตอบสนองต่อการรักษาเพียงบางส่วนและ 1 รายหรือร้อยละ 3.8 ไม่ตอบสนองต่อการรักษา และพบว่าร้อยละของการอัปเดตสารรังสีไอโอดีน -131 ของการรักษาในครั้งแรก อยู่ในช่วง 2.7 - 49.4 ด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละ 17.7 ± 3 และค่าครึ่งชีวิตยังผล (effective half-life) อยู่ในช่วง 8.1 - 120 ชั่วโมง ด้วยค่าเฉลี่ย 46.8 ± 7.2 ชั่วโมง จำนวนครั้งของการรักษาเท่ากับ 1 หรือ 2 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยปริมาณไอโอดีนรังสี 8.5 ± 3 กิกะเบคเคอเรล ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณสารรังสีไอโอดีน - 131 ที่ให้แก่ผู้ป่วยแบบกำหนดขนาดมาตรฐานคงที่ (standard fixed dose) จะให้ผลการตอบสนองต่อการรักษาแบบสมบูรณน้อยกว่าการตอบสนองบางส่วน

Dorn R. และคณะ (2003)⁽¹²⁾ ประเมินปริมาณรังสีดูดกลืนจากภาพสแกนสองมิติ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ในช่วงปีค.ศ. 1986 - 2001 โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MIRDose 3 พบว่าปริมาณรังสีดูดกลืนในเลือดน้อยกว่า 3 เกรย์ ไม่ทำให้เกิดอันตรายของรังสีต่อไขกระดูก ปริมาณรังสีดูดกลืนในเนื้อปอดน้อยกว่า 30 เกรย์ ไม่ทำให้เกิดอันตรายของรังสีต่อเนื้อปอด และปริมาณรังสีดูดกลืนในก้อนมะเร็งมากกว่า 100 เกรย์ เหมาะสมสำหรับกำจัดมะเร็งที่แพร่กระจาย

Sgouros G. และคณะ (2006)⁽¹³⁾ ศึกษาหาปริมาณรังสีดูดกลืนในปอดของหุ่นจำลอง ผู้ใหญ่เพศหญิงโดยอ้างอิงค่า Dose rate constraint ; DRC ของ Benua และ Leeper ที่ กำหนดให้ค่าปริมาณคงค้างของรังสีทั้งตัวที่ 48 ชั่วโมงไม่เกิน 2.96 กิกะเบคเคอเรล (80 มิลลิคูรี) แต่กำหนดสัดส่วนการกระจายตัวของกัมมันตภาพรังสีในปอดที่ 48 ชั่วโมง (fraction of activity in the lung at 48 h ; F_{48}) แยกต่างหาก โดยกำหนดให้ F_{48} เท่ากับ 1.0, 0.9, 0.8, 0.7 และ 0.6 แสดงถึงการกระจายของรังสีที่ปอดร้อยละ 100, 90, 80, 70 และ 60 โดยเลือกเอาค่า DRC ที่มีการกระจายของปริมาณรังสีในปอดร้อยละ 90 คือ 43.6 เซนติเกรย์ต่อชั่วโมง ไปประยุกต์ในการหาค่าปริมาณคงค้างของรังสีทั้งตัวที่ 48 ชั่วโมง สำหรับการศึกษานี้ในหุ่นจำลอง ร่างกายมนุษย์เด็กอายุ 10 ปี 15 ปี และผู้ใหญ่เพศชาย ได้กำหนดปริมาณสารรังสีไอโอดีน-131 ที่ ให้เท่ากับ 1.74 2.45 และ 3.37 กิกะเบคเคอเรล ตามลำดับ จากนั้นคณะผู้ศึกษาได้หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่ให้สูงสุด (administered activity maximum ; AA_{max}) กับค่าครึ่งชีวิตยังผล (effective half life ; T_E) ของปอด โดยมีการแปรค่า F_{48} ที่ แยกต่างหาก แต่กำหนดให้ค่าครึ่งชีวิตของการคงค้างปริมาณกัมมันตภาพรังสีในร่างกาย (remainder of body effective clearance half life ; T_{RB}) อยู่ที่ 20 และ 10 ชั่วโมง ผล การศึกษาพบว่าที่ T_{RB} 20 ชั่วโมง จะมีการสะสมของปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่อวัยวะอื่นมากกว่า สะสมในปอด เมื่อเทียบกับที่ T_{RB} 10 ชั่วโมง และค่า T_E ของปอดที่เปลี่ยนไปจะสัมพันธ์กับค่า AA_{max} โดยค่า T_E ของปอดมากขึ้นปริมาณ AA_{max} จะน้อยลง ทั้งที่ T_{RB} 20 และ 10 ชั่วโมง นอกจากนั้นเมื่อศึกษาการแปรค่า F_{48} ของปอดที่ T_E 20 ชั่วโมงใน T_{RB} 20 ชั่วโมง จะพบว่าค่า F_{48} ไม่แปรตามค่า AA_{max} แต่ใน T_{RB} 10 ชั่วโมงจะพบว่าค่า F_{48} ของปอดที่ T_E 20 ชั่วโมงจะ แปรตามค่า AA_{max} แสดงว่าการกระจายของสารรังสีไอโอดีน -131 ในปอดที่แปรตามค่า AA_{max} จะเกิดขึ้น เมื่อ T_E มากกว่า 20 ชั่วโมงขึ้นไป

คณะผู้ศึกษาชุดนี้ได้รายงานความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนที่ปอด (D_{lu}) กับค่า T_E ของปอด ที่ T_{RB} 20 และ 10 ชั่วโมง โดยพบว่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ปอดจะมี ค่ามากขึ้นเมื่อค่า T_E ของปอดเพิ่มมากขึ้น และที่ T_{RB} 20 ชั่วโมงปริมาณรังสีดูดกลืนที่ปอดจะ น้อยกว่าที่ T_{RB} 10 ชั่วโมง

Song H. และคณะ (2006)⁽¹⁴⁾ ได้อาศัยแนวความคิดของ Benua-Leeper ที่กำหนดให้ค่าปริมาณคงค้างของรังสีทั้งตัวไม่เกิน 2.96 กิกะเบคเคอเรล (80 มิลลิลิวรี) ที่ 48 ชั่วโมง ศึกษาในหุ่นจำลองของผู้ใหญ่เพศหญิง มาประยุกต์ในการศึกษาหาปริมาณรังสีดูดกลืนที่ปอดในผู้ป่วยเด็กอายุ 13 ปี ที่เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ปอด โดยคำนวณจากภาพสแกนสองมิติ (planar) ที่เวลา 3, 20 และ 146 ชั่วโมง และจากภาพสเปกตรัมกับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยได้กำหนดค่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่ให้กับผู้ป่วย (administered activity) เท่ากับ 46.4 มิลลิลิวรี และใช้โปรแกรม MCNP4b ในการคำนวณพบว่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ปอดได้รับมีค่า 27.25 เกรย์ และปริมาณรังสีดูดกลืนที่ก้อนมะเร็งมีค่า 63.7 เกรย์

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.3.1 คำนวณปริมาณรังสีดูดกลืนของสารรังสีไอโอดีน-131 ในปอด ของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ปอด จากการวัดในภาพสแกนสองมิติและจาก โปรแกรมรังสีคณิต OLINDA
- 1.3.2 เปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีดูดกลืนของสารรังสีไอโอดีน – 131 ในปอดที่ได้จากการคำนวณทั้งสองวิธี โดยกำหนดให้ค่าที่ได้จากโปรแกรมรังสีคณิต OLINDA เป็นค่าอ้างอิง
- 1.3.3 ศึกษาค่า S-value ที่เหมาะสมสำหรับคนไทย

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

- 1.4.1 ได้ค่า S – value ใหม่ของสารรังสีไอโอดีน -131 ที่มีความเหมาะสมกับคนไทยเพื่อใช้ในการคำนวณรังสีคณิตในการรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
- 1.4.2 ได้วิธีการและขั้นตอนการคำนวณปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่จะให้แก่ผู้ป่วย เพื่อนำไปประยุกต์ทางคลินิกให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงต่อรังสีของอวัยวะภายในอื่น ๆ
- 1.4.3 สามารถนำค่าความสัมพันธ์ของวิธีคำนวณทั้ง 2 วิธีมาใช้คำนวณเปรียบเทียบปริมาณรังสีดูดกลืนที่ปอดด้วยวิธีคำนวณแบบใดแบบหนึ่งได้

1.5 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

งานวิจัยเป็นการเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีดูดกลืนของสารรังสีไอโอดีน-131 ในปอดจากการคำนวณด้วยวิธีการวัดจากภาพสแกนสองมิติและ โปรแกรมรังสีคณิต OLINDA โดย

ทำการศึกษา ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด well differentiated cell ที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ปอดของผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน-131 ในครั้งแรก ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 และผู้ป่วยได้รับการตรวจ whole body scan ที่เวลา 5-8 วัน หลังการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน- 131 ด้วยเครื่อง Dual head SPECT ยี่ห้อ Philips รุ่น SKYLIGHT ในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควังสิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved